

Mode d'emploi

RealStar[®] HSV PCR Kit 1.1

11/2017 FR

RealStar[®]

HSV PCR Kit 1.1

Pour utilisation avec

LightCycler[®] 1.2/1.5/2.0 Instruments (Roche)



061112



48



11 2017



altona Diagnostics GmbH • Mörkenstr. 12 • D-22767 Hamburg

Sommaire

1.	Usage prévu	6
2.	Composants du kit	6
3.	Conservation	6
4.	Matériel requis non fourni	7
5.	Informations générales	8
6.	Description du produit	8
6.1	Instruments de PCR en temps réel	10
7.	Mises en garde et précautions	10
8.	Mode d'emploi	12
8.1	Préparation du prélèvement.....	12
8.2	Préparation du Mastermix	13
8.3	Préparation de la réaction	15
9.	Programmation des instruments de PCR en temps réel	15
9.1	Paramètres.....	16
9.2	Marqueurs de fluorescence (fluorophores)	16
9.3	Profil de température et acquisition du fluorophore	17
10.	Analyse des données	17
10.1	Validation des tests de diagnostic	17
10.1.1	Validité des tests de diagnostic (qualitatif)	17
10.1.2	Invalidité des tests de diagnostic (qualitatif).....	18
10.1.3	Validité des tests de diagnostic (quantitatif)	18
10.1.4	Invalidité des tests de diagnostic (quantitatif)	19
10.2	Interprétation des résultats.....	19
10.2.1	Analyse qualitative	19

10.2.2 Analyse quantitative	20
11. Evaluation des performances	21
11.1 Sensibilité analytique	21
11.2 Spécificité analytique	23
11.3 Gamme de linéarité.....	23
11.4 Précision	25
12. Limites.....	26
13. Contrôle qualité.....	27
14. Assistance technique	27
15. Bibliographie	27
16. Marques déposées et responsabilité	27
17. Explications des symboles	29

1. Usage prévu

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est un test de diagnostic *in vitro*, basé sur la technologie de PCR en temps réel, pour la détection et la quantification simultanées de l'ADN spécifique du virus de l'herpes simplex de type 1 (HSV-1) et du virus de l'herpes simplex de type 2 (HSV-2).

2. Composants du kit

Couleur du bouchon	Composants	Nombre de tubes	Volume [µL/tube]
Bleu	Master A	4	60
Violet	Master B	4	120
Vert	Internal Control	1	1000
Rouge	HSV-1 QS1-4*	4	250
Orange	HSV-2 QS1-4*	4	250
Blanc	Water (PCR grade)	1	500

* Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 contient des HSV-1 aussi bien que HSV-2 étalons de quantification (QS) à quatre concentrations différentes (voir le chapitre 6. Description du produit)

Internal Control = Contrôle interne

Water (PCR grade) = Eau ultra-pure pour biologie moléculaire

3. Conservation

- Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est expédié sous glace carbonique. Les composants du kit doivent arriver congelés. Si un ou plusieurs composants ne sont pas congelés à réception, ou si l'un des tubes a été endommagé pendant le transport, merci de contacter altona Diagnostics GmbH pour assistance.
- Tous les composants doivent être conservés entre -25°C et -15°C dès leur livraison.

- Il convient d'éviter des cycles répétés de congélation-décongélation (plus de deux) car cela peut affecter les performances du test. Les réactifs doivent être congelés en aliquots en cas d'utilisation occasionnelle.
- La conservation entre +2°C et +8°C ne doit pas excéder une période de deux heures.
- Le Master A et le Master B doivent être conservés à l'abri de la lumière.

4. Matériel requis non fourni

- Instrument adapté à la PCR en temps réel (Chapitre 6.1 Instruments de PCR en temps réel)
- Système ou kit approprié à l'extraction des acides nucléiques (voir chapitre 8.1 Préparation du prélèvement)
- Centrifugeuse de paillasse avec rotor pour des tubes réactionnels de 2 mL
- Vortex
- LightCycler® capillaires a avec le matériel correspondante
- Pipettes (réglables)
- Cônes avec filtres (jetables)
- Gants non talqués (jetables)

NOTE



Merci de vous assurer que les instruments ont été installés, calibrés, vérifiés et entretenus selon les instructions et les recommandations du fabricant.

5. Informations générales

Les virus de l'*herpes-simplex virus* de type 1 et 2 (HSV-1 et HSV-2) sont membres de la famille *Herpesviridae*, et ainsi que le VZV (virus Varicelle-zoster) sont classés dans la famille des *alphaherpesviridae*. Le HSV-1 et le HSV-2 ont un génome linéaire double brin d'environ 150 kpb. Les deux virus HSV-1 et HSV-2 partagent plus de 80% de nucléotides identiques dans leur région codant pour les protéines.

Les infections par le virus de l'herpès simplex se produisent partout dans le monde, sans qu'il y ait de saison particulière. Le virus est propagé par contact direct avec des sécrétions infectées. La prévalence des infections au HSV-1 augmente graduellement depuis l'enfance jusqu'à atteindre 80% et plus lors de la croissance. La prévalence du HSV-2 quant à elle reste basse jusqu'à l'adolescence. La plupart des infections primaires au HSV-1 sont acquises comme les infections subcliniques ou non reconnues. Les premières infections avec le HSV-2 sont classiquement des herpès génitaux. Une première infection par le HSV-1 ou le HSV-2 est suivie par l'établissement d'une phase de latence dans les ganglions de la racine dorsale. Périodiquement, le virus se réactive et se déplace par l'intermédiaire de l'axone jusqu'aux voies génitales ou buccales, ce qui induit une infection par le virus, et dans certains cas la formation de lésions. Bien que généralement asymptomatique, les infections par l'HSV peuvent causer un large spectre de manifestations cliniques, qui incluent des herpès buccaux, génitaux, des maux de tête et des herpès oculaires.

6. Description du produit

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est un test de diagnostic *in vitro*, basé sur la technologie de PCR en temps réel, pour la détection et la quantification simultanées de l'ADN spécifique du virus de l'herpes simplex de type 1 (HSV-1) et du virus de l'herpes simplex de type 2 (HSV-2).

Le kit comprend un système d'amplification hétérologue (contrôle interne) afin d'identifier d'éventuelles inhibitions de la PCR et de confirmer l'intégrité des réactifs du kit.

Le test repose sur la technologie de PCR en temps réel, utilisant une réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour l'amplification de séquences cibles spécifiques et de sondes cibles spécifiques pour la détection de l'ADN amplifié. Les sondes sont marquées avec un marqueur fluorescent (reporter) et un désactivateur (quencher).

Les sondes spécifiques de l'ADN du HSV-1 sont marquées par un fluorophore qui montrent les mêmes caractéristiques que le Cy[®]5, tandis que les sondes spécifiques de l'ADN du HSV-2 sont marquées par le fluorophore FAM[™]. La sonde spécifique du contrôle interne est marquée par un fluorophore qui montrent les mêmes caractéristiques que le Cy[®]3.

L'utilisation de sondes associées à des fluorophores différents permet la détection en parallèle de l'ADN spécifique du HSV-1, du HSV-2 et du contrôle interne dans les canaux correspondants de l'instrument de PCR en temps réel.

Le test consiste en deux processus réalisés dans un même tube réactionnel:

- L'amplification par PCR de l'ADN et du contrôle interne
- La détection simultanée des amplicons de PCR par des sondes marquées par un fluorophore

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est composé de:

- Deux Masters (Master A et Master B)
- Un contrôle interne
- Deux jeux d'étalons de quantification
 - Quatre étalons de quantification spécifiques du HSV-1 (QS1-QS4)
 - Quatre étalons de quantification spécifiques du HSV-2 (QS1-QS4)
- De l'eau ultra-pure (pour biologie moléculaire)

Les réactifs du Master A et du Master B contiennent tous les composants nécessaires (tampon PCR, ADN Polymérase, sel de magnésium, amorces et sondes) afin de réaliser l'amplification par PCR et la détection de la cible ADN spécifique du HSV-1, ADN spécifique du HSV-2 ainsi que du contrôle interne en une seule étape de

réaction.

Les étalons contiennent des concentrations standardisées en ADN spécifique du HSV-1 et du HSV-2. Les étalons de quantification peuvent être utilisés séparément comme contrôles positifs, ou ensembles pour générer une **courbe d'étalonnage** afin de déterminer la concentration en ADN spécifique du HSV-1 et/ou ADN spécifique du HSV-2.

Les concentrations suivantes sont utilisées:

Étalon	Concentration [copies/μL]
QS1	1,00E+04
QS2	1,00E+03
QS3	1,00E+02
QS4	1,00E+01

6.1 Instruments de PCR en temps réel

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 a été développé et validé pour être utilisé avec les instruments de PCR en temps réel suivants:

- LightCycler® 1.2/1.5/2.0 Instruments (Roche)

7. Mises en garde et précautions

Lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

- Avant toute utilisation, veuillez vérifier que le produit et ses composants:
 - Ne sont pas endommagés,
 - Sont complets: nombre, type et volume (voir le chapitre 2. Composants du kit)

- Sont correctement étiquetés,
- Sont congelés à la réception
- L'utilisation de ce produit est limitée au personnel qualifié et formé aux techniques de PCR en temps réel et aux procédures de diagnostic *in vitro*.
- Manipuler les échantillons comme s'ils étaient infectieux et/ou dangereux, en accord avec les procédures de sécurité en vigueur dans le laboratoire.
- Porter des gants jetables non talqués, une blouse de laboratoire et des lunettes de protection lors de la manipulation des échantillons.
- Eviter les contaminations microbiennes et nucléaires (par ADNase/ARNase) de l'échantillon et des composants du kit.
- Toujours utiliser des pipettes à cônes jetables avec filtre, non contaminées par de l'ADNase et de l'ARNase.
- Toujours porter des gants de protection non talqués lors de la manipulation des composants du kit.
- Utiliser des zones de travail séparées les unes des autres pour les différentes activités de (i) préparation des échantillons, (ii) préparation de la réaction et (iii) les étapes d'amplification/détection. Le sens de travail dans le laboratoire doit être unidirectionnel. Porter des gants dans chaque zone de travail et les changer avant d'entrer dans une zone différente.
- Dédier des fournitures et du matériel pour chaque zone de travail et ne pas les déplacer d'une zone à une autre.
- Conserver le matériel positif et/ou potentiellement positif séparément des autres composants du kit.
- Des témoins additionnels peuvent devoir être testés selon les directives des organisations locales/gouvernementales ou des organismes d'accréditation.
- Ne pas ouvrir les tubes/plaques de réaction du LightCycler® après l'amplification afin d'éviter toute contamination par les amplicons.
- Ne pas autoclaver des tubes réactionnels après une PCR, car ceci ne dégrade pas les acides nucléiques amplifiés et risque de contaminer le laboratoire.
- Ne pas utiliser les composants au-delà de leur date de péremption.

- Eliminer les échantillons et les déchets de l'essai conformément aux règles de sécurité locales.

8. Mode d'emploi

8.1 Préparation du prélèvement

L'ADN extrait constitue le matériel de départ pour le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1.

La qualité de l'ADN extrait a un impact significatif sur la performance de l'ensemble du test. Il est important de s'assurer que le système d'extraction des acides nucléiques utilisé est compatible avec la technologie de PCR en temps réel. Les kits et systèmes suivants sont compatibles pour l'extraction des acides nucléiques:

- QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN)
- QIAasymphony® (QIAGEN)
- NucliSENS® easyMag® (bioMérieux)
- MagNA Pure 96 System (Roche)
- m2000sp (Abbott)
- Maxwell® 16 IVD Instrument (Promega)
- VERSANT® kPCR Molecular System SP (Siemens Healthcare)

D'autres kits ou systèmes d'extraction des acides nucléiques peuvent être appropriés. L'aptitude de la procédure d'extraction des acides nucléiques à utiliser avec RealStar® HSV PCR Kit 1.1 doit être validé par l'utilisateur.

Si la préparation des échantillons s'effectue sur une colonne comportant des tampons de lavage à l'éthanol, une étape de centrifugation supplémentaire de 10 minutes à environ 17000 x g (~ 13000 tr/min), dans un nouveau tube à essai, est vivement recommandée avant l'élution des acides nucléiques.

ATTENTION

L'éthanol est un fort inhibiteur de la PCR en temps réel. Si votre système de préparation des échantillons utilise des tampons de lavage à l'éthanol, assurez-vous d'éliminer toute trace d'éthanol avant de procéder à l'élution des acides nucléiques.

ATTENTION

L'utilisation d'ARN porteur (carrier) est crucial pour l'efficacité de l'extraction et la stabilité des acides nucléiques extraits.

Pour toute information complémentaire ou assistance technique sur le prétraitement et la préparation des échantillons, merci de contacter notre support technique (voir chapitre 14. Assistance technique).

8.2 Préparation du Mastermix

Tous les réactifs doivent être complètement décongelés, homogénéisés (par pipetage ou léger vortexage) et brièvement centrifugés avant utilisation.

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 contient un contrôle interne hétérologue pouvant être utilisé soit comme contrôle d'inhibition de la PCR soit comme contrôle de la préparation de l'échantillon (extraction des acides nucléiques) et de l'inhibition de la PCR.

- Si le contrôle interne est utilisé comme un contrôle d'inhibition de la PCR, mais non comme contrôle de préparation de l'échantillon, le Mastermix doit être préparé comme décrit par le schéma de pipetage ci-dessous:

Nombre de réactions (rxns)	1	12
Master A	5 µl	60 µl
Master B	10 µl	120 µl
Internal Control (contrôle interne)	1 µl	12 µl
Volume de Mastermix	16 µl	192 µl

- ▶ Si le contrôle interne est utilisé comme contrôle de préparation de l'échantillon, et d'inhibition de la PCR, le contrôle interne doit être ajouté au moment de la procédure d'extraction des acides nucléiques.
- ▶ Quelque soit la méthode ou le système utilisé pour l'extraction des acides nucléiques, le contrôle interne ne doit **jamais** être ajouté directement à l'échantillon. Le contrôle interne doit toujours être ajouté au mélange échantillon/ tampon de lyse. Le volume du contrôle interne à ajouter dépend toujours et uniquement du volume d'élution, dont il représente 10%. Par exemple si les acides nucléiques doivent être élués dans 60 µL de tampon d'élution ou d'eau, 6 µL de contrôle interne par échantillon doivent être ajoutés au mélange échantillon/tampon de lyse.
- ▶ Si le contrôle interne a été ajouté pendant la phase de préparation de l'échantillon, le Mastermix doit être préparé selon le schéma de pipetage suivant:

Nombre de réactions (rxns)	1	12
Master A	5 µL	60 µL
Master B	10 µL	120 µL
Volume de Mastermix	15 µL	180 µL

ATTENTION

Si le contrôle interne a été ajouté pendant la phase de préparation de l'échantillon, au moins le contrôle négatif doit inclure le contrôle interne.

ATTENTION

Ne jamais ajouter le contrôle interne directement à l'échantillon.

8.3 Préparation de la réaction

- ▶ Pipette 15 µL de Mastermix dans chacun des capillaires du LightCycler®.
- ▶ Ajouter 10 µL d'échantillon (éluat issu de l'extraction des acides nucléiques) ou 10 µL des contrôles (étalons, contrôles positifs ou négatifs).

Préparation de la réaction	
Mastermix	15 µL
Echantillon ou contrôle	10 µL
Volume total	25 µL

- ▶ S'assurer que chaque contrôle positif (QS) et au moins un contrôle négatif sont utilisés par essai.
- ▶ Pour une quantification, tous les étalons de chaque (HSV-1 et HSV-2) (QS1-4) doivent être utilisés.
- ▶ Homogénéiser avec soin les échantillons et les contrôles avec le Mastermix par pipetage.
- ▶ Fermer les capillaires du LightCycler® avec les bouchons appropriés.
- ▶ Centrifuger les capillaires du LightCycler avec une centrifugeuse appropriée pendant 30 secondes à environ 400 x g (~ 2000 tr/min).

9. Programmation des instruments de PCR en temps réel

Pour obtenir des informations générales sur la préparation et la programmation des différents instruments de PCR en temps réel, veuillez consulter les manuels d'utilisation des instruments respectifs.

Pour des instructions sur la programmation relative à l'utilisation du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 avec un instrument de PCR en temps réel spécifique, merci de contacter notre support technique (voir chapitre 14. Assistance technique).

9.1 Paramètres

- Définir les paramètres suivants:

Paramètres	
Volume de réaction	25 µL *
Vitesse de la rampe	par défaut

* Le volume de réaction doit être défini comme 20 µL, si vous utilisez un instrument LightCycler® 2.0 (Roche).

9.2 Marqueurs de fluorescence (fluorophores)

- Définir les marqueurs de fluorescence (fluorophores):

Cible	LightCycler® 1.2/1.5	LightCycler® 2.0
ADN spécifique du HSV-2	F1	530
Internal Control (contrôle interne)	F2	610
ADN spécifique du HSV-1	F3	705

ATTENTION



Pour une analyse précise des données sur les instruments LightCycler®, un fichier de compensation de couleur spécifique peut être nécessaire. Veuillez contacter altona Diagnostics GmbH pour obtenir de l'aide.

ATTENTION



Si vous utilisez l'instrument LightCycler® 2.0, seuls les canaux de détection 530, 610 et 705 doivent être activés pour la correction des couleurs.

9.3 Profil de température et acquisition du fluorophore

- Définir le profil de température et l'acquisition du fluorophore:

	Mode d'analyse	Nombre de cycles	Acquisition	Température [°C]	Durée [min:sec]
Dénaturation	aucun	1	-	95	02:00
Amplification	Quantification	45	aucun	95	00:05
			single	60	00:30
			aucun	72	00:10
Refroidissement	aucun	1	-	40	00:30

10. Analyse des données

Pour des informations de base concernant l'analyse des données sur un instrument de PCR en temps réel spécifique, merci de se référer au manuel de l'instrument concerné.

Pour des informations détaillées concernant l'analyse des données générées avec le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 sur différents instruments de PCR en temps réel, merci de contacter notre support technique (voir chapitre 14. Assistance technique).

10.1 Validation des tests de diagnostic

10.1.1 Validité des tests de diagnostic (qualitatif)

Un test de diagnostic **qualitatif** est **valide**, si les valeurs suivantes des contrôles sont obtenues:

Nom du Contrôle	Canal de détection		
	F3/705	F1/530	F2/610
Contrôle positif HSV-1	+	-	+/-*
Contrôle positif HSV-2	-	+	+/-*
Contrôle négatif	-	-	+

* La présence ou l'absence d'un signal dans le canal F2/610 n'est pas pertinente pour la validité de l'essai

10.1.2 Invalidité des tests de diagnostic (qualitatif)

Un test de diagnostic **qualitatif** est **invalide**, (i) si l'essai n'est pas complet ou (ii) si l'ensemble des conditions de contrôle pour un test de diagnostics **valide** n'est pas obtenu.

En cas d'**invalidité** du test de diagnostic, répéter le test avec les acides nucléiques purifiés restants ou recommencer depuis l'échantillon de départ.

10.1.3 Validité des tests de diagnostic (quantitatif)

La **validité quantitative** des tests de diagnostic est assurée, si toutes les conditions de contrôle d'un test de diagnostic qualitatif valide sont respectées [chapitre 10.1.1 Validité des tests de diagnostic (qualitatif)]. De plus, pour des résultats quantitatifs précis, il est nécessaire de s'assurer de la validité de la **courbe étalon** générée. Pour un test de diagnostic **quantitatif valide**, les paramètres de contrôles suivants doivent être obtenus:

Paramètres de contrôle	Valeur valide
R carré (R ²)	≥ 0,98

NOTE**i**

Tous les instruments de PCR en temps réel ne présentent pas la valeur R carré (R^2). Pour plus d'information, merci de vous référer aux manuels d'utilisation des instruments respectifs.

10.1.4 Invalidité des tests de diagnostic (quantitatif)

Un test de diagnostic **quantitatif** est **invalide**, (i) si l'essai n'est pas complet ou (ii) si l'ensemble des conditions de contrôle pour un test de diagnostic valide ne sont pas obtenus.

En cas d'**invalidité** du test de diagnostic, répéter le test avec les acides nucléiques purifiés restant ou recommencer depuis l'échantillon de départ.

10.2 Interprétation des résultats

10.2.1 Analyse qualitative

Canal de détection			Interprétation des résultats
F3/705	F1/530	F2/610	
+	-	+*	ADN spécifique du HSV-1 détecté.
-	+	+*	ADN spécifique du HSV-2 détecté.
-	-	+	ADN spécifique du HSV-1 ou du HSV-2 non détecté. L'échantillon ne contient pas de quantités détectables d'ADN spécifique du HSV-1 ou du HSV-2.
-	-	-	Inhibition de la PCR ou défaillance des réactifs. Répéter le test à partir de l'échantillon d'origine ou bien prélever et tester un nouvel échantillon.

* La détection du contrôle interne dans le canal de détection F2/610 n'est pas requise pour des résultats positifs dans le canal de détection F1/530 ou F3/705. De fortes charges en ADN spécifique du HSV-1 et/ou du HSV-2 dans l'échantillon peuvent conduire à des signaux absents ou très faibles pour le contrôle interne.

10.2.2 Analyse quantitative

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 fournit quatre étalons (QS) pour HSV-1 et quatre étalons (QS) pour HSV-2. Afin de générer une **courbe d'étalonnage** pour les analyses quantitatives, les QS doivent être définis comme des **standards** de concentrations définies (Chapitre 6. Description du Produit). afin de générer la courbe d'étalonnage.

$$C_t = m \cdot \log (N_0) + b$$

C_t = Cycle seuil
 m = Pente
 N_0 = Concentration initiale
 b = interception

A partir de la courbe d'étalonnage, la concentration des échantillons inconnus peut être déterminée avec la formule suivante:

$$N_0 = 10^{(C_t - b) / m}$$




Figure 1: [A] Etalons de quantification (en noir), un échantillon positif (en rouge) et un échantillon négatif (en bleu) dans l'écran d'amplification; [B] analyse de la courbe d'étalonnage

NOTE

La concentration de "l'échantillon" est affichée en copies/μL et se réfère à la concentration dans l'éluat.

Afin de déterminer la charge **virale de l'échantillon d'origine**, la formule suivante doit être appliquée:

$$\text{Charge Virale (échantillon) [copie/mL]} = \frac{\text{Volume (Eluat) } [\mu\text{L}] \cdot \text{Charge Virale (Eluat) [copie}/\mu\text{L}]}{\text{Volume d'échantillon [mL]}}$$

11. Evaluation des performances

L'évaluation des performances du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 a été réalisée à l'aide d'ARN spécifique de HSV-1 quantifié (ATCC® Numéro: VR-1493) et d'ARN spécifique du HSV-2 quantifié (ATCC® Numéro: VR-540).

11.1 Sensibilité analytique

La sensibilité analytique du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est définie comme étant la concentration (copies par μL d'éluat) de molécules d'ADN spécifique du HSV-1 et du HSV-2 qui peuvent être détectées avec un taux supérieur à 95%. La sensibilité analytique a été déterminée en analysant des dilutions en série d'une concentration définie en ADN spécifique du HSV-1 et du HSV-2.

Tableau 1: Résultats de PCR utilisés pour le calcul de la sensibilité analytique concernant la détection de l'ADN spécifique du HSV-1

[C] initiale [copies/ μ L]	Nombre de répétitions	Nombre de Positifs	Taux de réussite [%]
3,162	12	12	100
1,000	12	12	100
0,316	12	12	100
0,200	12	11	92
0,100	12	5	42
0,032	12	3	25
0,010	12	2	17
0,003	12	0	0
0,001	12	0	0

Tableau 2: Résultats de PCR utilisés pour le calcul de la sensibilité analytique concernant la détection de l'ADN spécifique du HSV-2

[C] initiale [copies/ μ L]	Nombre de répétitions	Nombre de Positifs	Taux de réussite [%]
3,162	12	12	100
1,000	12	12	100
0,316	12	12	100
0,200	12	8	67
0,100	11	5	45
0,032	12	0	0
0,010	12	1	8
0,003	12	0	0
0,001	12	0	0

La sensibilité analytique du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 a été déterminée par analyse Probit.

- Pour la détection de l'ADN spécifique du HSV-1, la sensibilité analytique est de 0,41 copies/µL d'éluat [95% intervalle de confiance (CI) : 0,23 - 1,20 copies/µL]
- Pour la détection de l'ADN spécifique du HSV-2, la sensibilité analytique est de 0,50 copies/µL d'éluat [95% intervalle de confiance (CI) : 0,29 - 1,41 copies/µL]

11.2 Spécificité analytique

La spécificité analytique du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est assurée par une sélection minutieuse des oligonucléotides (amorces et sondes). Les séquences de ces derniers ont été comparées aux séquences publiques disponibles afin de s'assurer que toutes les souches intéressantes du herpes simplex virus de type 1 et 2 seront détectées.

Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 n'a présenté aucune réaction croisée avec l'un des pathogènes spécifiés ci-dessous:

- Virus BK
- Cytomégalovirus
- Virus d'Epstein-Barr
- Virus de l'hépatite B
- Virus de l'hépatite C
- Herpèsvirus humain 6A
- Herpèsvirus humain 6B
- Herpèsvirus humain 7
- Herpèsvirus humain 8
- Virus de l'immunodéficience humaine 1
- Parvovirus B19 humain
- Virus JC
- Virus de la varicelle et du zona

11.3 Gamme de linéarité

La gamme de linéarité du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 a été évaluée par l'analyse d'une série de dilutions logarithmiques d'ADN génomique du HSV-1 et du HSV-2 en

utilisant des concentrations variant de 1E+08 à 1E+00 copies/μL (HSV-1) et 1E+08 à 1E+00 copies/μL (HSV-2). Au moins trois répliquats par dilution ont été analysés.




Figure 2: Courbes d'amplification et régression linéaire [A, B] des dilutions en série analysées de l'ADN spécifique du HSV-1 et du HSV-2

La gamme de linéarité du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 s'étend sur un intervalle d'au moins **huit** ordres de grandeur pour l'ADN spécifique d'HSV-1 et sur **huit** ordres de grandeur pour l'ADN spécifique d'HSV-2.

11.4 Précision

Les données de précision du kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 ont été déterminées comme étant la variabilité intra-essai (variabilité au sein d'une expérience), la variabilité inter-essai (variabilité entre différentes expériences) et la variabilité interlot (variabilité entre différents lots de production). La variabilité totale a été calculée en combinant les trois analyses.

La variabilité des données est exprimée en terme d'écart type et de coefficient de variation. Les données sont basées sur l'analyse quantitative des concentrations définies en ADN spécifique du HSV-1 et du HSV-2 et sur la valeur seuil du cycle (C_t) du Contrôle interne. Pour déterminer la variabilité intra-essai, la variabilité inter-essai et la variabilité inter-lot, au moins six réplicats par échantillon ont été analysés.

Tableau 3: Données de précision pour la détection de l'ADN spécifique du HSV-1 et HSV-2

HSV-1 and HSV-2		Conc. moyenne [copies/ μ L]	Ecart type	Coefficient de variation [%]
Variabilité intra- essai	HSV-1	142,36	5,98	4,20
	HSV-2	160,01	8,19	5,12
Variabilité inter- essai	HSV-1	147,76	8,28	5,60
	HSV-2	161,78	11,05	6,83
Variabilité inter- lot	HSV-1	142,07	7,36	5,18
	HSV-2	160,96	10,37	6,44
Variabilité totale	HSV-1	145,76	8,79	6,03
	HSV-2	161,82	11,34	7,01

Tableau 4: Données de précision pour le Contrôle interne

Contrôle interne	Valeurs C _t moyennes	Ecart type	Coefficient de variation [%]
Variabilité intra-essai	26,16	0,04	0,13
Variabilité inter-essai	26,12	0,05	0,19
Variabilité inter-lot	26,10	0,05	0,17
Variabilité totale	26,12	0,05	0,19

12. Limites

- Une stricte conformité aux instructions d'utilisation est nécessaire afin d'obtenir les meilleurs résultats.
- L'utilisation de ce produit est limitée au personnel qualifié et formé aux techniques de PCR en temps réel et aux procédures de diagnostic *in vitro*.
- Le respect des bonnes pratiques de laboratoire est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de ce test. Une attention particulière doit être apportée à la préparation des échantillons afin de préserver la pureté des composants du kit. Tous les réactifs doivent faire l'objet d'une surveillance étroite afin d'éviter des impuretés et des contaminations. Tout réactif suspect doit être éliminé.
- Il est nécessaire de respecter les procédures de prélèvement, de transport, de conservation et de traitement des échantillons afin d'assurer les performances optimales du test.
- Ce test n'est pas destiné à être utilisé directement sur l'échantillon. Des méthodes appropriées d'extraction des acides nucléiques doivent être employées avant son utilisation.
- La présence d'inhibiteurs de PCR (p.ex. héparine) peuvent induire une sous-quantification, des résultats faussement positifs ou invalides.
- De potentielles mutations dans les zones cibles du génome du HSV-1 et du HSV-2 couvertes par les amorces et/ou sondes utilisées dans ce kit peuvent induire une sous-quantification et/ou une détection erronée de la présence du pathogène.

- Le RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est un test de diagnostic. En conséquence, ses résultats doivent être interprétés en prenant en considération l'ensemble des symptômes cliniques et des résultats obtenus en laboratoire.

13. Contrôle qualité

Conformément au système de management de la qualité d'Altona Diagnostics GmbH, certifié ISO EN 13485, chaque lot du RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est testé selon des spécifications prédéfinies afin de garantir une qualité constante des produits.

14. Assistance technique

Pour obtenir une assistance sur nos produits, merci de contacter notre support technique:

e-mail: **support@altona-diagnostics.com**

téléphone: **+49-(0)40-5480676-0**

15. Bibliographie

Versalovic, James, Carroll, Karen C., Funke, Guido, Jorgensen, James H., Landry, Marie Louise and David W. Warnock (ed). Manual of Clinical Microbiology. 10th Edition. ASM Press, 2011.

Cohen, Jonathan, Powderly, William G, and Steven M Opal. Infectious Diseases, Third Edition. Mosby, 2010.

16. Marques déposées et responsabilité

RealStar® (altona Diagnostics); ABI Prism® (Applied Biosystems); ATCC® (American Type Culture Collection); CFX96™ (Bio-Rad); Cy® (GE Healthcare); FAM™, JOE™, ROX™ (Life Technologies); LightCycler® (Roche); SmartCycler® (Cepheid); Maxwell® (Promega); Mx 3005P™ (Stratagene); NucliSENS®, easyMag® (bioMérieux); Rotor-Gene®, QIAamp®, MinElute®, QIASymphony® (QIAGEN); VERSANT® (Siemens Healthcare).

Les noms et marques déposés cités dans ce document, même si non mentionnés comme tels, ne doivent pas être considérés comme non protégés par la loi.

















Le kit RealStar® HSV PCR Kit 1.1 est un kit de diagnostic *in vitro* marqué CE conformément à la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs de diagnostic *in vitro*.

Produit non homologué pour la vente par Santé Canada et n'ayant pas fait l'objet d'une notification (510(k)) ou d'une approbation (PMA) de pré-commercialisation par la FDA.

Produit distribué dans certains pays uniquement.

© 2017 altona Diagnostics GmbH; tous droits réservés.

17. Explications des symboles

Symbole	Explication
	Dispositif médical de diagnostic <i>In vitro</i>
	Numéro de lot
	Couleur du bouchon
	Référence produit
	Contenu
	Nombre
	Composant
	Code article international
	Lire les instructions d'utilisation
	Contient la quantité suffisante pour réaliser "n" tests (rxns)
	Limites de température
	À utiliser avant
	Fabricant
	Attention
	Note
	Version

Notes:

Notes:

Notes:

always a drop ahead.

altona Diagnostics GmbH
Mörkenstr. 12
22767 Hamburg, Germany

phone +49 40 548 0676 0
fax +49 40 548 0676 10
e-mail info@altona-diagnostics.com

www.altona-diagnostics.com

